

Fundo Municipal de Saúde de Agrônômica

Rua XV de novembro, 402 - Centro - 89.188-000 - Agrônômica - Santa Catarina
11.387.359/0001-80 (47) 3542-0326
saude@agronomica.sc.gov.br <SEM_VALOR>

Processo Administrativo: 007/2018
Pregão Presencial: PR007/2018
EMISSÃO: 25/05/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGRÔNOMICA

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO

No dia 11/06/2018, às 08:30 horas, no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Agrônômica na Rua 7 de Setembro, 215, Centro., reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 2/2018, para dar continuidade no Processo Administrativo nº 007/2018, Licitação nº. PR007/2018, na modalidade de Pregão Presencial.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

Representante	Empresa
JOSÉ CARLOS MALKOWSKI	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
JUSTO GOYA DORNELLES JUNIOR	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
ALEXANDRE PEDRON	LA DALLA PORTA JUNIOR
PABLO CAMARGO SOUZA	M F DE ALMEIDA & CIA LTDA
ROBSON TACIANO DA SILVA	METROMED COM. MATL. MED. HOSPITALAR LTDA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	PROHOSPITAL SUL COM. DE MAT. MÉDICO E DONTOLÓGICO


Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

No dia 14 de junho foi apresentada as amostras da empresa DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES – EIRELI, no setor de licitações e encaminhada para a unidade sanitária Ronaldo Jahn, onde a enfermeira Cristiane Sevegnani analisou as mesmas, na qual apresentou um parecer pedindo a desclassificação das marcas, conforme em anexo, a comissão de licitação encaminha este parecer para a empresa para que possa se manifestar, no prazo de 3 dias (ate sexta feira dia 22 de junho as 13hrs).

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Agrônômica- Santa Catarina, 19/06/2018.

Assinaturas

REPRESENTANTE DA EMPRESA	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
	 _____ Pregoeiro JAQUELINE TEREZINHA JETHE
	_____ SERGIO RUDOLF MEMBRO DE APOIO
	 _____ ALINE DE SOUZA MEMBRO DE APOIO

PARECER DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DO PREGÃO 007/2018

Item 64, Fralda Geriátrica Tamanho EG

Fornecedor: Duomed Produtos e Médicos Hospitalares Eireli-EPP

Marca: Incontinence/Medi House

Encontramos as seguintes divergências, em relação às características exigidas no descritivo do edital:

Exigido: Capacidade acima de 90kg, identificamos na embalagem, "capacidade acima de 80kg" (podendo ser menor que 90kgs exigidos);

Exigido: Indicador de Umidade: Não identificamos indicador de umidade nesse modelo;

Exigido: Controlador de Odor: Não identificamos controlador de odor;

CONCLUSÃO: PRODUTO REPROVADO, fornecedor desclassificado.

Item 65, Fralda Geriátrica Tamanho G

Fornecedor: LA Dalla Porta Júnior

Marca: Descarpack

CONCLUSÃO: Não Apresentou Amostra, fornecedor desclassificado.

2º Colocados:

Fornecedor: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli-EPP

Marca: Incontinence/MediHouse

Encontramos as seguintes divergências, em relação às características exigidas no descritivo do edital:

Exigido: capacidade 70-90 kgs: Identificamos na embalagem apenas, "acima de 70kg" (podendo ser qualquer capacidade acima de 70: 75,80... não identificando o capacidade máxima);

Exigido: Indicador de Umidade: Não identificamos indicador de umidade nesse modelo;

Exigido: Controlador de Odor: Não identificamos controlador de odor;

CONCLUSÃO: PRODUTO REPROVADO, fornecedor desclassificado.



Item 66, Fralda Geriátrica Tamanho M

Fornecedor: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli-EPP

Marca: Incotinance/MediHouse

Encontramos as seguintes divergências, em relação às características exigidas no descritivo do edital:

Exigido: Pacote com 10 unidades: *Identificamos na embalagem correspondente, “pacote contém 8 unidades”;*

Exigido: Indicador de Umidade: *Não identificamos indicador de umidade nesse modelo;*

Exigido: Controlador de Odor: *Não identificamos controlador de odor;*

CONCLUSÃO: PRODUTO REPROVADO, fornecedor desclassificado.

Item 67, Fralda Geriátrica Tamanho P

Fornecedor: Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli-EPP

Marca: Incotinance/MediHouse

Encontramos as seguintes divergências, em relação às características exigidas no descritivo do edital:

Exigido: Pacote com 12 unidades: *Identificamos na embalagem, “contém 8 unidades”;*

Exigido: Indicador de Umidade: *Não identificamos indicador de umidade nesse modelo;*

Exigido: Controlador de Odor: *Não identificamos controlador de odor;*

CONCLUSÃO: PRODUTO REPROVADO, fornecedor desclassificado.

